８月測定結果

〇測定機器　NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ
ＡＴＯＭＴＥＸ社製　ＡＴ１３２０Ａ

〇測定項目　放射性セシウム濃度（簡易測定）
（測定下限値は、セシウム１３４及びセシウム１３７の合計が２５Ｂｑ／ｋｇ以下となるように測定）

測定日	検査対象調理場等	検査品目	生産地 (加工食品の場合は、製造者又は販売者の所在地)	検査結果 放射性セシウム	
				134(Bq/kg)	137(Bq/kg)
8月30日	西部学校給食センター（小学校）	緑豆もやし	岩手県	検出されず	検出されず
8月30日	西部学校給食センター（中学校）	ごぼうささがき	つがる市	検出されず	検出されず
8月30日	東部学校給食センター	かぼちゃ	弘前市	検出されず	検出されず
8月23日	西部学校給食センター（小学校）	糸こんにゃく	弘前市	検出されず	検出されず
8月23日	西部学校給食センター（中学校）	長なす	黒石市	検出されず	検出されず
8月23日	東部学校給食センター	きゅうり	黒石市	検出されず	検出されず

※「検出されず」とは、放射性物質が存在しないこと、または測定下限値の25Bq/kg未満であることを表します。